

נספח 2 – חוות דעת הגורם המקצועי

תאריך : 23.2.2025

לכל מען דבעי,

שלום רב,

בכוונת מאוחדת להתקשר עם גאמידור לצורך רכישת מתכלים מסוג Thinprep לאיסוף דגימות HPV . הבדיקות מבוצעות על-ידי גורם חיצוני לקופה אתו למאוחדת יש חוזה, הקופה חייבת להתאים את כלי הדיגום למערכות אלו.

החברה הינה הספק שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל (כמוגדר בסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התשנ"ג - 1993), הוא היחיד שמסוגל לבצע את ההתקשרות נשוא בקשה זו, ושעונה לדרישות המקצועיות הנדרשות ע"י מאוחדת למתן רכישת מתכלים מסוג Thinprep לאיסוף דגימות HPV

להלן עיקרי הטעמים המקצועיים המצטברים הנדרשים להתקשרות עם הספק כספק יחיד:

1. היחיד שמאושר FDA לשימוש להכנת סלייד ציטולוגיה במערכת T5 מתוצרת חברת Hologic שבאמצעותה מבצעים את בדיקת ה-Pap's.

2. היחיד מאושר FDA לשימוש לסריקת סליידים במערכת ה Imager

כל קופות החולים בישראל משתמשות במתכלים אלה בלבד

לסיכום, לאחר שבחנו את השוק, אין ספק אחר למעט גאמידור אשר יכול לספק את השירות כמפורט לעיל, ועל כן נבקש לאשר התקשרות עם החברה כהתקשרות לפי סעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים- התקשרות עם ספק יחיד.

בברכה,

ד"ר ג'ורג' פרחגורוד
מנהל אגף מעבדות
קופת חולים מאוחדת