

נספח 2 – חוות דעת הגורם המקצועי

תאריך: 05.03.25

לכל מען דבעי,

שלום רב,

בכוונת "מאוחדת" להתקשר עם חברת ברסלויער, עבור רכישת מכשירי קולפוסקופ מדגם OP-C2 Colposcope LED.

החברה הינה הספק שלפי מצב הדברים בפועל (כמוגדר בסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התשנ"ג - 1993), הוא היחידי שמסוגל לבצע את ההתקשרות נשוא בקשה זו, ושעונה לדרישות המקצועיות הנדרשות ע"י מאוחדת למתן השירות.

להלן עיקרי הטעמים המקצועיים המצטברים הנדרשים להתקשרות עם הספק כספק יחיד:

מלבד המכשיר של יצרן OPTOMIC לא קיים ספק אחר המחזיק בדגם העומד בסך

דרישות להלן אשר נדרש והכרחי לקופה:

- א. זוג עיניות לצורך ראייה סטראוסקופית המאפשרות זווית צפיה ארגונומית בהטיה של 45 מעלות. זוויות זו הינה הכרחית לעבודה, וכל זווית אחרת אינה טובה דיו לקופה ופוגמת בשירות. לשאר הספקים זווית צפיה ישירה, שאינה נוחה לעבודה מאומצת לאורך זמן.
- ב. מערכת תיעוד ייעודית לצורך תיעוד הבדיקות בצירוף נתונים דמוגרפים, בעזרת תוכנה יעודית המאפשרת לזהות את המטופל ולהכניס את פרטיו ואת ממצאי הבדיקה. יש הכרח במערכת תיעוד יעודית וכל אלטרנטיבה אחרת אינה מספקת לדרישות הקופה.
- ג. גם גורמים אחרים פרסמו ספק יחיד בדיוק בהתקשרות מעין זו, כדוגמת בית חולים תל השומר.

לסיכום, לאחר שבחנו את השוק, אין ספק אחד מלבד "ברסלויער" אשר מספק מכשיר קולפוסקופ אשר עונה לצרכים הנ"ל ועל כן נבקש לאשר התקשרות עם החברה לצורך רכישה של מכשיר זה, ולסווגה כהתקשרות לפי סעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים - התקשרות עם ספק יחיד.

בברכה,

אורי מלטינסקי

מנהל אגף שרשרת אספקה

ד"ר תומר קולר

מנהל אגף רפואה שניונית