

לכל מען דבעי,

שלום רב,

בכוונת מאוחדת להתקשר עם אנרג'ים לצורך רכישת מדי הרכב גוף מסוג INBODY770

החברה הינה הספק שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל (כמוגדר בסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים (התשנ"ג - 1993), הוא היחידי שמסוגל לבצע את ההתקשרות נשוא בקשה זו, ושעונה לדרישות המקצועיות הנדרשות ע"י מאוחדת לאספקת מכשירים בשיטת BIA למדידת הרכב גוף במסגרת המרפאות לטיפול בהשמנת מבוגרים וילדים ונוער של מאוחדת ובמכון הסקר.

להלן עיקרי הטעמים המקצועיים המצטברים הנדרשים להתקשרות עם הספק כדרישות חובה:

1. תדרי עבודה בתחום של 1k Hz - 1000k Hz המאפשרים דיוק הקרוב לזה של בדיקת **DEXA** בהשגת מידע על הרכב גוף הנבדק.
2. ניתוח מלא של הרכב גוף הכולל:
 - 2.1. ניתוח מלא של הרכב גוף לרבות משקל, כלל המים בגוף, רקמת השומן, הרקמה הרזה, רקמת השריר והמינרלים.
 - 2.2. ניתוח החלוקה בין מים תוך תאיים לחוץ תאיים וחישוב היחס ביניהם – כולל ניתוח סגמנטאלי
 - 2.3. ניתוח סגמנטאלי של היקפים
 - 2.4. ניתוח סגמנטאלי של רמת השומן
 - 2.5. ניתוח סגמנטאלי של רקמה רזה ורקמת שריר
 - 2.6. היסטורית נתוני הרכב גוף והרכב המים בגוף לטובת בדיקת מגמות ויעילות הטיפול.
3. למכשיר קיימים גרפים של אחזוני גובה ומשקל לפי גיל ומגדר עבור ילדים ונוער מתחת גיל 18 כמענה להיעדר נתוני שומן ויסצראלי, ניתוח סגמנטאלי של השומן ויחס מותן לירך.
4. המכשירים של היצרן נמצאים בשימוש לפחות בעוד 2 קופות חולים אחרות (בדגמים משתנים) במסגרת המרפאות לטיפול השמנה - לצורך שיתוף פעולה מחקרי
5. גם כללית ואסף הרופא פרסמו ספק יחיד בנושא, והתקשרו על יסוד פרסום זה.

לסיכום, לאחר שבחנו את השוק, אין ספק אחר למעט אנרג'ים אשר יכול לספק את המוצרים כמפורט לעיל, ועל כן נבקש לאשר התקשרות עם החברה כהתקשרות לפי סעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים- התקשרות עם ספק יחיד.

בברכה,

דר' סיגל סופר

אורי מלטינסקי

דיאטנית ראשית

מנהל אגף שרשרת אספקה